HEMOQUICK®

solution colorante tamponnée prête à l'emploi

moins de 30 secondes pour les colorations différentielles des frottis sanguins

- une seule solution fixe et colore simultanément
- coloration parfaite en moins de 30 secondes
- coloration très stable : conservation indéfinie des lames
- économie : coloration simultanée de plusieurs lames



technique simplifiée au maximum

- plonger les lames dans la solution HEMOQUICK® pendant environ 10 secondes
- plonger les lames dans l'eau distillée pendant 15 à 20 secondes (pour les leucocytes fortement colorés, laisser les lames pendant 1 minute dans l'eau distillée)
- laver les lames en les plongeant quelques secondes dans l'eau distillée et sécher

référence	Prix HT
HEMOQUICK Solution colorante prête à l'emploi, le flacon de 1 litre	

Solution tampon concentrée de Sörensen pH 6,8

très important pour les colorations hématologiques

le pH de l'eau utilisée pour le rinçage et la dilution des colorants hématologiques (Hemoquick®, Giemsa, May-Grunwald et autres) doit avoir un pH 6,8

- diluer 5 ml à 1 litre
- coffret de 5 flacons de 25 ml pour 25 litres d'eau tamponnée de rinçage ou de dilution à pH 6,8

référence	Prix HT
SORENSEN Solution tampon concentrée de Sörensen, coffret de 5 flacons de 25 ml	