

Turbidimètres et chlore-turbidimètre de paillasse HANNA®

- ▶ modèle avec mesure du chlore libre et total
- ▶ affichage LCD graphique rétro-éclairé

- 3 modes de mesure de la turbidité : unique, valeur moyenne, continu
- livrés avec cuvettes de mesure et leurs capuchons, solutions d'étalonnage, tissu de nettoyage et adaptateur secteur



	Turbidimètre HI88713	Turbidimètre HI88703	Chlore-turbidimètre HI83414
	4 méthodes de mesure de la turbidité conformes ISO 7027 : néphélogéométrie NFU et NTU, transmission en FAU et ratio	2 méthodes de mesure de la turbidité conforme US EPA: ratio et néphélogéométrie	mesure chlore libre et total, fonction CalCheck et validation : vérification et validation des performances de l'instrument et à l'aide de solution étalon pour le chlore certifiées NIST fournies avec l'appareil et si besoin correction de l'étalonnage de l'appareil par l'utilisateur
	Turbidimètre ISO7027	Turbidimètre conforme EPA	Chlore-Turbidimètre conforme EPA
FNU	0,00 à 9,99 / 10,0 à 99,9 / 100 à 1000	-	-
FAU	10,0 à 99,9 / 100 à 4000	-	-
NTU ratio	0,00 à 9,99 / 10,0 à 99,9 / 100 à 4000		
EBC ratio	0,00 à 9,99 / 10,0 à 99,9 / 100 à 980		
NTU non ratio	0,00 à 9,99 / 10,0 à 99,9 / 100 à 1000	0,00 à 9,99 / 10,0 à 40,0	0,00 à 9,99 / 10,0 à 40,0
EBC non ratio	0,00 à 9,99 / 10,0 à 99,9 / 100 à 245	0,00 à 9,80	0,00 à 9,80
exactitude	±2% (sauf FAU ±10%)	±2%	±2%
étalonnage	2, 3, 4 ou 5 points après le zéro	2, 3 ou 4 points après le zéro	2, 3 ou 4 points après le zéro
chlore libre	-	-	0,00 à 5,00 mg/l ±2%
chlore total	-	-	0,00 à 5,00 mg/l ±2%
exactitude	±2%	±2%	±2%
étalonnage	-	-	1 point
BPL	BPL		
source lumineuse	LED infrarouge	lampe tungstène	lampe tungstène
détecteur lumière	cellules silicium	cellules silicium	cellules silicium + filtre 525 nm
lumière parasite	< 0,1 NTU (0,05 EBC)	< 0,02 NTU (0,01 EBC)	< 0,02 NTU (0,01 EBC)
affichage	LCD rétroéclairé		
interface	USB		
mémorisation	200 mesures		
alimentation	secteur 220 V		
dimensions / poids	200 x 145 x h230 mm / 2,5 kg		
Turbidimètres	TW6000	TW6100	TW6200
accessoires			
kit d'étalonnage, vol. < 0,1, 15, 100, 750 et 2000 NTU	AH9267	AH9268	-
cuvettes, les 4	AH4113	AH4113	AH4113
capuchons les 4	AH4119	AH4119	AH4119
réactif Chlore libre, les 100	-	-	AH9108
réactif Chlore total, les 100	-	-	AH9262
tissu nettoyage	AH4106	AH4106	AH4106
solution nettoyage	AH4104	AH4104	AH4104
logiciel	AH1323	AH1323	AH1323
câble USB	AH3002	AH3002	AH3002