

Désinfection et nettoyage des instruments

Poudre détergente et désinfectante gigasept® enzymatic

- ▶ nettoyage des instruments dentaires
- ▶ formule tri-enzymatique pour cibler les protéines, les glucides et les graisses
- ▶ efficace contre le biofilm

- économique : dilution à 0,5%, pendant 15 min, solution stable une journée
- bactéricide : NF EN 1040 et EN 13727
- fongicide : NF EN 1275, NFT 72201-4, NFT 72301
- virucide : HBV, HIV
- principes actifs : enzymes, tensioactifs non ioniques, ammonium quaternaire
- tous matériaux sauf aluminium



DMDIV IIa
directive 98/79 CE

référence

MS1760 Poudre enzymatique, le bidon de 2 kg

Prix HT

Solution concentrée nettoyante et désinfectante gigasept® instru AF

- ▶ pour instrumentation dentaire
- ▶ en bain de pré-désinfection et en cuve ultrasons
- ▶ mycobactéricide

- économique : dilution à 2% (un bidon de 5 litres = 330 litres de solution)
- solution efficace 7 jours
- ravive la brillance des instruments
- odeur agréable
- actif en 15 min en bac statique et 5 min en ultrasons
- bactéricide : EN 13727, EN 14561
- fongicide : EN 13624, EN 14562
- virucide : HIV, HBV, HCV, Adenovirus, Papovirus, Herpès
- mycobactéricide EN 14348, EN 4563
- biodégradable (OCDE 301D)
- principes actifs : dérivés de biguanide, phénoxypropanols, chlorure de benzalkonium



DMDIV IIa
directive 98/79 CE

référence

MS1800 Désinfectant instrument 2 litres

MS1802 Désinfectant instrument 5 litres

MS1651 Pompe doseuse 20 ml pour flacon de 5 litres

Prix HT

Désinfectant EPI Biocide

- ▶ pour les gants, casques et chaussures

- élimine les bactéries et les champignons en quelques minutes



référence

RN1030 Désinfectant EPI Biocide de 300 ml

Prix HT

Collecteur de mercure

- composé d'un récipient en polyéthylène avec disque interne perforé et d'un couvercle dont le dos est garni de mousse
- pour récupérer du mercure répandu, appliquer la mousse du couvercle sur le mercure et appuyer fermement : la pression exercée a pour effet d'ouvrir les alvéoles de la mousse et fait entrer les gouttes de mercure dans les alvéoles de la mousse
- quand la pression est relâchée, les alvéoles se referment et le mercure est emprisonné
- le couvercle est ensuite vissé sur le récipient, la mousse s'écrase sur le disque



- perforé libérant le mercure qui tombe au fond du récipient
- dimensions : Ø 105 x 48 mm

référence

F36250 Collecteur de mercure

F36251 Mousse rechange, les 12

Prix HT