

Système de détermination de la vitesse de sédimentation

certification
CE IVD 98/79



- méthode de Westergren
- pipettes graduées jusqu'à 180 mm
- tubes stériles avec citrate de sodium
- support pour 10 pipettes

Tubes avec citrate de sodium

- tubes en polypropylène avec bouchon
- citrate de sodium : anticoagulant, action par fixation du calcium, préparé à 3,8% d'après la norme ISO 6710 : 1995
- proportion citrate / sang : 1 volume / 4 volumes
- contiennent 1,4 ml de solution stable
- étiquetés avec numéro de lot et date de péremption
- livrés en plateau portoir plastique

	référence	Prix HT
Support 10 places	AX2250	
Tubes Ø13 x 75 mm avec citrate de sodium stérile, les 100	AX3460	
Pipette 230 mm, les 200	AX2255	

Vitesse de sédimentation micro-méthode (pédiatrie)



certification
CE IVD 98/79

- tubes remplis de 0,08 ml de citrate, à compléter avec 0,32 ml de sang (méthode Westergren)
- capuchon pré-perforé
- pipette graduée de charge à pression, diamètre interne 1,25 mm

	référence	Prix HT
Tubes + pipettes, les 400	AX3470	

Plaques pour groupes sanguins



- détermination rapide des groupes sanguins étudiés
- polystyrène haute transparence
- marquage alphanumérique
- 10 puits

	référence	Prix HT
Plaques groupes sanguins	AX1915	les 100

Plaques pour groupes sanguins



- plaques en polystyrène haute transparence
- 10 cavités numérotées
- empilables
- dimensions : 160 x 40 x 6 mm

	référence	Prix HT
Plaques groupes sanguins	AX3630	les 10