Cellules Mac Master



page 1374

Examens parasitologiques STILLQUICK®

Kits duo des techniques Bailenger et SAF

Processus de sédimentation rapide et fiable, en toute sécurité.

Hygiène et sécurité

- aucun danger d'infection
- pas d'odeurs
- hygiène et sécurité pour le personnel du laboratoire

Facilité

- pas de limite de temps entre le prélèvement et l'analyse
- ni chauffage, ni refroidissement entre le prélèvement et l'analyse
- **filtration, extraction, concentration et coloration SIMULTANÉES**

Fiabilité

- les kits duo permettent, comme la réglementation le stipule, d'obtenir le diagnostic à partir de 2 protocoles différents
- fiabilité totale du diagnostic par enrichissement optimal des parasites
- la morphologie des parasites et des oeufs de parasites restent rigoureusement intacte

Rationalisation

- manipulations simplifiées au maximum
- économie de place et de temps



solution Bailenger : Cristal Violet, Fuchsine basique cristallisée, Éthanol à 95°, Phénol cristallisé

solution SAF : acétate de **S**odium, acide **A**cétique, **F**ormol



Contenu du kit STILLQUICK2A :

1. 25 tubes de prélèvement, préremplis de 3,5 ml de solution Bailenger
2. 25 tubes de prélèvement, préremplis de 3,5 ml de solution SAF
3. 50 tubes à centrifuger, avec filtre intégré
4. 75 ml de solution combinée séparation / coloration
5. 50 cuillères d'échantillonnage
6. 50 pipettes Pasteur 1 ml à usage unique
7. 50 écouvillons en coton
8. 50 bouchons à vis

Le kit STILLQUICK2B :

- le kit B contient exactement la même chose, que le kit A, sauf que la solution SAF est remplacée par une solution sans Formol

Système unique à deux tubes vissés l'un sur l'autre.

référence	Prix HT
STILLQUICK2A Kit 50 analyses : 25 x Bailenger / 25 x SAF	
STILLQUICK2B Kit 50 analyses : 25 x Bailenger / 25 x sans Formol	

Technique



1 - Prélèvement

- introduire l'échantillon dans le tube de prélèvement pré-rempli avec une solution bactéricide, virucide, fongicide, parasitocide, la morphologie des oeufs de parasites reste rigoureusement intacte
- mélanger à l'aide du mélangeur à trous soudé au bouchon du tube
- revisser le tube qui peut être transporté et examiné plus tard, il n'est ni infectieux, ni malodorant



2 - Extraction

- après mélange, ajouter la solution combinée séparation / coloration
- jeter le bouchon avec le mélangeur
- visser le tube à centrifuger spécial muni d'un adaptateur contenant un filtre



3 - Filtration, centrifugation, concentration

- agiter le système, laisser reposer, centrifuger
- après centrifugation, les particules grossières restent sur le filtre
- 4 phases se forment dans le tube à centrifuger : particules fines, graisses dissoutes, phase aqueuse et sédiment



4 - Examen microscopique

- jeter le tube de prélèvement et l'adaptateur
- jeter les 3 phases supérieures
- conserver le sédiment contenant le concentré de parasites
- déposer sur une lame pour examiner au microscope