Kits de diagnostics parasitologique des selles
STILLQUICK®

- **filtration, extraction, concentration et coloration SIMULTANÉES**
- **détection des protozoaires, larves et œufs de vers**
- **médecine humaine et vétérinaire**

Système unique à deux tubes vissés l'un sur l'autre.

Contenu des kits BASIC :



1. 50 tubes de prélèvement, préremplis de 3,5 ml d'une solution active différente selon les kits
2. 50 tubes à centrifuger avec filtre intégré

Contenu des kits ECO :



1. 50 tubes de prélèvement, préremplis de 3,5 ml d'une solution active différente selon les kits
2. 50 tubes à centrifuger avec filtre intégré
3. 1 flacon compte-gouttes gradué en verre ambré
4. 1 bouteille en plastique remplie de 75 ml de solution combinée séparation / coloration

Contenu des kits PREMIUM :



1. 50 tubes de prélèvement, préremplis de 3,5 ml d'une solution active différente selon les kits
2. 50 tubes à centrifuger avec filtre intégré
3. 1 flacon compte-gouttes gradué en verre ambré, rempli de 30 ml de solution combinée séparation / coloration
4. 50 cuillères d'échantillonnage
5. 50 pipettes Pasteur 1 ml à usage unique
6. 50 écouvillons en coton
7. 50 bouchons à vis

Hygiène et sécurité

- aucun danger d'infection
- pas d'odeurs

Facilité

- pas de limite de temps entre le prélèvement et l'analyse
- ni chauffage, ni refroidissement entre le prélèvement et l'analyse
- concentration des parasites quand ils sont trop rares pour être décelés à l'examen direct
- manipulations simplifiées au maximum
- traitement de grands volumes en peu de temps
- économie de place et de temps

Fiabilité

- respect des directives nationales et internationales (UE, CDC, OMS, BGA, DPG)
- excellentes reproductibilité, fiabilité des diagnostics, qualité de vision au microscope
- la morphologie des parasites et des oeufs de parasites restent rigoureusement intacte

Kits		Kits FixSepard®	Kits MIF	Kits SAF	Kits BAILENGER
solution active contenue dans le tube de prélèvement		le FixSepard® est un fixateur sans Formol, sans merthiolate (composé toxique du mercure) et sans éther	**M**ercurothiolate, **I**ode, 6% de **F**ormol	acétate de **S**odium, acide **A**cétique, 4% de **F**ormol	Cristal Violet, Fuchsine basique cristallisée, Éthanol à 95°, Phénol cristallisé
Kits BASIC,	les 50 analyses	**SQ1010**	**SQ1020**	**SQ1030**	**SQ1040**
Kits ECO,	les 50 analyses	**SQ2010**	**SQ2020**	**SQ2030**	**SQ2040**
Kits PREMIUM,	les 50 analyses	**SQ3010**	**SQ3020**	**SQ3030**	**SQ3040**

Technique



1 - Prélèvement

- introduire l'échantillon dans le tube de prélèvement pré-rempli avec une solution bactéricide, virucide, fongicide, parasitocide
- mélanger à l'aide du mélangeur à trous, soudé au bouchon du tube
- revisser le tube qui peut être transporté et examiné plus tard



2 - Extraction

- après mélange, ajouter la solution combinée séparation / coloration
- jeter le bouchon avec le mélangeur
- visser le tube à centrifuger spécial muni d'un adaptateur contenant un filtre



3 - Filtration, centrifugation, concentration

- agiter le système, laisser reposer, centrifuger
- après centrifugation, les particules grossières restent sur le filtre
- 4 phases se forment dans le tube à centrifuger : particules fines, graisses dissoutes, phase aqueuse et sédiment



4 - Examen microscopique

- jeter le tube de prélèvement et l'adaptateur
- jeter les 3 phases supérieures
- conserver le sédiment contenant le concentré de parasites
- déposer sur une lame pour examiner au microscope

LABOMODERNE
www.labomoderne.com - info@labomoderne.com
Tél. 01 42 50 50 50
Prix HT départ au 01.09.2019, sans engagement